



# CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA TYPU WE NR PL 14 002

## CERTIFICATE OF EC TYPE APPROVAL NO PL 14 002

Wydany przez: GŁÓWNY URZĄD MIAR  
Issued by: ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa  
Jednostka  
Notyfikowana: 1440  
Notified Body:

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie  
In accordance with: zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23), zgodnego z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE.  
*regulation of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 11 December 2003 on essential requirements for non-automatic weighing instruments subject to conformity assessment (in accordance with 2009/23/EC of the European Parliament and the Council).*

Wydano dla  
producenta: AXIS Sp. z o.o., ul. Kartuska 375B, 80-125 Gdańsk, Polska  
Issued to manufacturer:

Dotyczy: wagi nieautomatycznej elektronicznej ogólnego stosowania oraz do sprzedaży konsumenckiej  
In respect of: *electronic non-automatic weighing instrument of general use or for direct sale to the public*

typ: type:	ATA oraz ATZ	klasa dokładności: accuracy class:	II
Max:		70 g ÷ 2200 g	
Min:		50 e lub/or 20 e lub/or 5 e	
e:		0,01 g ≤ e ≤ 0,1 g	
n:		≤ 62 000	
d:		e lub/or 0,1 e	
T:		-Max	

Wniosek końcowy: waga nieautomatyczna spełnia wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki,  
Final statement: Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23)  
*non-automatic weighing instrument satisfies the essential requirements set out in the regulation of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 11 December 2003 on essential requirements for non-automatic weighing instruments subject to conformity assessment*

Data ważności: 25.07.2024  
Valid until:

Liczba stron: 10  
Number of pages:

Numer sprawy: 3819-BMP-4190-4/N139/PR/13  
Reference number:

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jeśli istnieją, zawarte są w załączniku, który jest integralną częścią certyfikatu.

*The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of the certificate.*

Wagi mogą być wykonane z przeznaczeniem do stosowania w bezpośrednim obrocie handlowym (sprzedaży konsumenckiej).  
*Weighing instruments can be prepared to be used for direct sale to the public.*



Warszawa, 25.07.2014

Janina Maria Popowska  
Prezes

