



CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA TYPU WE NR PL 14 002

CERTIFICATE OF EC TYPE APPROVAL NO PL 14 002

Wydany przez: GŁÓWNY URZĄD MIAR
Issued by: ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Jednostka
Notyfikowana: 1440
Notified Body:

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
In accordance with: zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23), zgodnego z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE.
regulation of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 11 December 2003 on essential requirements for non-automatic weighing instruments subject to conformity assessment (in accordance with 2009/23/EC of the European Parliament and the Council).

Wydano dla
producenta: AXIS Sp. z o.o., ul. Kartuska 375B, 80-125 Gdańsk, Polska
Issued to manufacturer:

Dotyczy: wagi nieautomatycznej elektronicznej ogólnego stosowania oraz do sprzedaży konsumenckiej
In respect of: *electronic non-automatic weighing instrument of general use or for direct sale to the public*

typ: type:	ATA oraz ATZ	klasa dokładności: accuracy class:	II
Max:		70 g ± 2200 g	
Min:		50 e lub/or 20 e lub/or 5 e	
e:		0,01 g $\leq e \leq 0,1$ g	
n:		$\leq 62\ 000$	
d:		e lub/or 0,1 e	
T:		-Max	

Wniosek końcowy: waga nieautomatyczna spełnia wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Final statement: Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23)
non-automatic weighing instrument satisfies the essential requirements set out in the regulation of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 11 December 2003 on essential requirements for non-automatic weighing instruments subject to conformity assessment

Data ważności: 25.07.2024
Valid until:
Numer sprawy: 3819-BMP-4190-4/N139/PR/13
Reference number:

Liczba stron: 10
Number of pages:


Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jeśli istnieją, zawarte są w załączniku, który jest integralną częścią certyfikatu.

The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of the certificate.

Wagi mogą być wykonane z przeznaczeniem do stosowania w bezpośrednim obrocie handlowym (sprzedaży konsumenckiej).
Weighing instruments can be prepared to be used for direct sale to the public.



Warszawa, 25.07.2014


Janina Maria Popowska
Prezes

